

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0805)- (SYRTE-JPO)
MOIS de AVRIL 2005**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé continûment au maser à hydrogène (40 0805) du laboratoire du MJD 53 479 au MJD 53 489.

La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser) – Y(JPO)	u_B	u_A	$u_{link / maser}$
53 479 – 53 489	+570,1	6,3	0,6	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .