

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0889)- (SYRTE-JPO)  
MOIS de JUILLET 2005**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé continûment au maser à hydrogène (40 0889) du laboratoire du MJD 53 554 au MJD 53 569.

La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser) – Y(JPO)	$u_B$	$u_A$	$u_{link / maser}$
53 554 – 53 569	-325,2	6,3	0,8	0,3

*Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est  $1 \times 10^{-15}$ .*

**NB.** Changement de maser par rapport aux étalonnages précédents.