

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890)- (SYRTE-JPO)  
MOIS de NOVEMBRE et DECEMBRE 2005**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé continûment au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 53 679 au MJD 53 704, et du MJD 53 709 au MJD 53 724. Les différences de fréquence en valeurs relatives mesurées entre les deux étalons sont données dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 890) – Y(JPO)	$u_A$	$u_B$	$u_{link / maser}$
53 679 – 53 704	-162,8	0,9	6,3	0,3
53 709 – 53 724	-178,2	1,2	6,3	0,3

*Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est  $1 \times 10^{-15}$ .*