

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890) - (SYRTE-JPO)  
MOIS de NOVEMBRE 2008**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 54 769 au MJD 54 794. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

| Période MJD     | Y(Maser 0890 – JPO) | $u_A$ | $u_B$ | $u_{link / maser}$ |
|-----------------|---------------------|-------|-------|--------------------|
| 54 769 – 54 794 | -72,5               | 1,1   | 6,3   | 0,3                |

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est  $1 \times 10^{-15}$ .