

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890)- (SYRTE-JPO)
MOIS de SEPTEMBRE 2005**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé continûment au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 53 614 au MJD 53 629.

La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 40 890) – Y(JPO)	u_B	u_A	$u_{link / maser}$
53 614 – 53 629	-121,4	6,3	0.6	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .