

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890)- (SYRTE-JPO)
MOIS de MAI 2006**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 53 859 au MJD 53 884. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 890) – Y(JPO)	u_A	u_B	$u_{link / maser}$
53 859 – 53 884	-223,2	0,8	6,3	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .