

COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890)-(SYRTE-JPO)
MOIS de OCTOBRE 2006

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 54 009 au MJD 54 039. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 890) – Y(JPO)	u_A	u_B	$u_{\text{link/maser}}$
54 009 – 54 039	-324,3	0,8	6,3	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .