

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890)- (SYRTE-JPO)  
MOIS de DECEMBRE 2006**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 54 069 au MJD 54 099. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 890) – Y(JPO)	$u_A$	$u_B$	$u_{link / maser}$
54 069– 54 099	-390,6	0,7	6,3	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est  $1 \times 10^{-15}$ .