

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890)- (SYRTE-JPO)  
MOIS de AVRIL 2007**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 54 189 au MJD 54 219. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 890) – Y(JPO)	$u_A$	$u_B$	$u_{link / maser}$
54 189– 54 219	-390,8	0,7	6,3	0,3

*Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est  $1 \times 10^{-15}$ .*