

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0889)- (SYRTE-JPO)
MOIS de SEPTEMBRE 2007**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0889) du laboratoire du MJD 54 339 au MJD 54 369. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 889 – JPO)	u_A	u_B	$u_{link / maser}$
54 339 – 54 369	-1359,1	0,7	6,3	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .