

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0816) - (SYRTE-JPO)
MOIS de MARS 2008**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0816) du laboratoire du MJD 54 544 au MJD 54 554. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 816 – JPO)	u_A	u_B	$u_{link / maser}$
54 544 – 54 554	+520,8	1.0	6,3	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .