

**COMPARAISON de FREQUENCE UTC(OP) - (SYRTE-JPO)
MOIS de SEPTEMBRE et AOUT 2008**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé à UTC(OP) du MJD 54 674 au MJD 54 694 et du MJD 54 714 au MJD 54 734. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(UTC(OP) – JPO)	u_A	u_B	$u_{link/UTCOP}$
54 674 – 54 694	-4,2	0,7	6,3	0,5
54 714 – 54 734	-0,2	0,6	6,3	0,5

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .