

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890) - (SYRTE-JPO)  
MOIS d'Octobre 2008**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 54 744 au MJD 54 769. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Période MJD	Y(Maser 890 – JPO)	$u_A$	$u_B$	$u_{link / maser}$
54 744 – 54 769	-64,4	0,9	6,3	0,3

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est  $1 \times 10^{-15}$ .