

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 40 0890) - (SYRTE-JPO)
MOIS de JANVIER 2009**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (40 0890) du laboratoire du MJD 54 839 au MJD 54 859. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

| Période MJD | Y(Maser 0890 – JPO) | u_A | u_B | $u_{link / maser}$ |
|-----------------|---------------------|-------|-------|--------------------|
| 54 839 – 54 859 | -111,9 | 0,9 | 6,3 | 0,3 |

Tableau 1. Résultat de la comparaison. L'unité est 1×10^{-15} .